



DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DG-4805CT0209

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich field of application	Produkte der Gasversorgung products of gas supply
Zertifikatinhaber owner of certificate	MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH Fuchshalde 8, D-74172 Neckarsulm-Obereisesheim
Vertreiber distributor	MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH Fuchshalde 8, D-74172 Neckarsulm-Obereisesheim
Produktart product category	Mobile Messgeräte: Gas-Leckmengenmessgerät für Niederdruck-Gasleitungen (4805)
Produktbezeichnung product description	Gas-Leckmengenmessgerät für Niederdruck-Gasleitungen
Modell model	DPM 9600 Dichtheits - Tester
Prüfberichte test reports	Kontrollprüfung Labor: Ü 2847-00/22 vom 30.05.2022 (TSG) Baumusterprüfung: M-G 1213-00/18 vom 19.02.2018 (TSG)
Prüfgrundlagen test basis	DVGW G 5952 (01.04.2014)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

19.02.2028 / 23-0327-GNV

29.06.2023 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZF-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

A-2/2

DG-4805CT0209

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
DPM 9600 Dichtheits - Tester	Gerätekategorie: D Messbereich: 0 bis 8,0 l/h Referenzbetriebsdruck: 23 mbar Temperaturbereich: +5 bis +40 °C	