



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4805CO0555

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH Fuchshalde 4+8+12, D-74172 Neckarsulm-Obereisesheim
Vertreiber <i>distributor</i>	MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH Fuchshalde 4+8+12, D-74172 Neckarsulm-Obereisesheim
Produktart <i>product category</i>	Mobile Messgeräte: Gas-Leckmengenmessgerät für Niederdruck-Gasleitungen (4805)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gas-Leckmengenmessgerät für Niederdruck-Gasleitungen
Modell <i>model</i>	SPECTRAplus
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: M-G 1150-02/24 vom 08.04.2024 (TSG) Baumusterprüfung: M-G 1150-00/13 vom 18.01.2013 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW G 5952 (01.04.2014)- unter Berücksichtigung

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

18.01.2028 / 23-0532-GNE

7028-04-A-DE

22.07.2024 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

1. 1. 2024



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SPECTRAplus	Gerätekategorie: D Messbereich: 0...8,0 l/h Referenzbetriebsdruck: 23 mbar Temperaturbereich: +5...+40 °C	