



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-4805CT0209**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH Fuchshalde 8, D-74172 Neckarsulm-Obereisesheim
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH Fuchshalde 8, D-74172 Neckarsulm-Obereisesheim
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Mobile Messgeräte: Gas-Leckmengenmessgerät für Niederdruck-Gasleitungen (4805)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Gas-Leckmengenmessgerät für Niederdruck-Gasleitungen
<b>Modell</b> <i>model</i>	DPM 9600 Dichtheits - Tester
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: M-G 1213-00/18 vom 19.02.2018 (TSG)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW G 5952 (01.04.2014)

**Ablaufdatum / AZ** 19.02.2023 / 17-0935-GNE  
*date of expiry / file no.*

20.06.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com



<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
DPM 9600 Dichtheits - Tester	Geräteklasse: D Messbereich: 0 bis 8,0 l/h Referenzbetriebsdruck: 23 mbar Temperaturbereich: +5 bis +40 °C	